



**ASSOCIAZIONE ITALIANA ALLEVATORI  
LABORATORIO STANDARD LATTE**

Via Dell'Industria SNC - 00054 Maccarese (Roma)  
Tel. 066678830 - Fax 066678811 - e mail Isl@aia.it

**CERTIFICATO MATERIALI DI RIFERIMENTO  
LATTE VACCINO CONGELATO  
III° TRIMESTRE 2024  
Utilizzare pref. entro il 09/01/2025**

Campione	Lotto	CCS (*1000/ml)	sR	n	± U
<b>A103</b>	MRCCSC100724	155	10	19	5
<b>B103</b>	MRCCSC100724	349	18	20	8
<b>B203</b>	PCCSCB100724	349	18	20	8
<b>C103</b>	MRCCSC100724	568	26	20	11
<b>D103</b>	MRCCSC100724	770	31	20	14
<b>E103</b>	MRCCSC100724	965	48	19	21
<b>F103</b>	PCCSCA100724	1.170	47	20	21

Campioni confezionati in provette di vetro da 24 ml

U =incertezza estesa del valore assegnato con k=2 p=95%. L'incertezza di misura viene calcolata secondo la formula  $u(x)=sR/\sqrt{n}$  (ISO GUIDE 35:2017)

sR= scarto tipo di riproducibilità

n= numero delle osservazioni valide considerate nel processo di caratterizzazione

L'omogeneità del lotto è stata verificata, con esito positivo, in conformità alla norma ISO 13528 - Stastical Methods for Use in Proficiency Testing by Interlaboratory Comparisons,

**Il Materiale di riferimento lotto MRCCSC100724, PCCSCA100724, PCCSCB100724 è metrologicamente riferibile ai campioni dell' European Reference Materials ERM-BD001a, ERM-BD001b.**

Maccarese, 23/07/2024

Il Responsabile del Laboratorio

Dr.ssa Annunziata Fontana